


検査報告書

岐阜市東中島2丁目6-2
株式会社マルエイ様計量証明事業登録岐阜県 濃度第5号
一般財団法人
岐阜県公衆衛生検査センター
検査責任者 中村 弘輝
〒500-8148 岐阜市曙町4丁目6番地
TEL(058)247-1300 FAX(058)248-0229

平成27年8月19日 ご依頼のありました試料の検査結果は、以下のとおりです。

試料の種類	ミネラルウォーター		
試料名	カリメラの水 製造No.2015.08.07. 12:14W		
採取日時	—	天候	—
採取者名	持ち込み		

(注1) 上記については収集および持込試料の場合、依頼者の要望により記入しました。

項目	検査の結果	検査の方法	検出下限値
放射性ヨウ素131 (I-131)	検出されず	ゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法	0.36 Bq/kg
放射性セシウム134 (Cs-134)	検出されず	ゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法	0.35 Bq/kg
放射性セシウム136 (Cs-136)	検出されず	ゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法	0.37 Bq/kg
放射性セシウム137 (Cs-137)	検出されず	ゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法	0.41 Bq/kg
備考	測定結果は減衰補正をしていない測定時点での値である。 数値は有姿試料に対する値である。 「検出されず」とは検出下限値を超えないことである。		
試験実施期間	平成27年8月19日 ~ 平成27年9月2日		

(注2) この検査結果は供試試料に限ったもので試料が代表試料であることを保証していません。

(注3) 当センターの書面による承認なしにこの検査結果の一部だけを複製することを禁止致します。